



嘉誉测试  
WWW.SDJIAJU.COM.CN

C210491 (02-06) C210493 (01-04) 2015150423W  
C210640



# 检验检测报告

山嘉测 (2021) 第 C210493-02 号

项目名称: 一分厂排水项目

委托单位: 山东新华制药股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2021年05月05日



山东嘉誉测试科技有限公司



# 检测结果

山嘉测 (2021) 第 C210493-02 号

第 1 页 共 1 页

- 1.委托单位: 山东新华制药股份有限公司
- 2.样品类别: 污水
- 3.现场样品描述: 污水: 详见污水检测结果表
- 4.采样日期: 2021 年 04 月 23 日
- 5.测试日期: 2021 年 04 月 23 日-2021 年 04 月 27 日

## 6.污水检测依据及结果

### 6.1.污水检测依据

序号	参数	检测标准	使用设备及编号	检出限
1	总镍	HJ 776-2015 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	5110 全谱直读电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 128	0.007mg/L

### 6.2.污水检测结果

采样点位	采样日期	样品编号	检测参数	现场样品描述
			总镍 (mg/L)	
105 车间总镍处理设施总排放口	04 月 23 日	C210493-02-W-1-1-1	0.729	绿色,无味,无浮油
		C210493-02-W-1-1-2	0.710	绿色,无味,无浮油
		C210493-02-W-1-1-3	0.746	绿色,无味,无浮油
注: 生产负荷:>75%				

\*\*\*报告结束\*\*\*

编制人: 唐杰 审核人: 刘雨珂 批准人: 杨方清 签发日期: 2021.5.25